

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. Objeto

O presente Termo de Referência se destina a atender às necessidades do Projeto “**Validação de métodos para diagnóstico e estimativas de prevalência pela infecção por SARS- CoV2 em três populações no Distrito Federal**” que tem por objeto a investigação da propagação da COVID-19. Tratam-se de quatro estudos voltados a estimar a acurácia dos testes rápidos e de bancada que estão sendo incorporados ao arsenal de medidas voltadas ao controle do COVID-19 no Brasil. Para atender as atividades da meta 06 se faz necessário a aquisição do material de consumo para realização da pesquisa, os quais são:

ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
01	8	<p><b>Kit Elisa IgG para Covid19</b></p> <p>Cada kit possui uma placa para realizar 96 testes. Para atender a demanda inicial do projeto vamos utilizar 8 kits ou 8 placas do marcador IgG.</p> <p>Ensaio imunoenzimático indireto para testar anticorpos IgG contra SARS-CoV-2 em soro/plasma humano. Kit com 96 testes. Especificidade mínima de 80% após 10 dias do início dos sintomas. Sensibilidade mínima de 80% após 10 dias do início dos sintomas.</p> <p>Necessidade de Registro na Anvisa.</p>
02	8	<p><b>Kit Elisa IgM/A para Covid 19</b></p> <p>O kit para IgM/A contém uma placa para 96 teste, para atender a demanda inicial do projeto iremos precisar de 8 kits.</p> <p>Ensaio imunoenzimático indireto para testar anticorpos IgM+IgA contra SARS-CoV-2 em soro/plasma humano. Kit com 96 testes. Especificidade mínima de 80% após 10 dias do início dos sintomas. Sensibilidade mínima de 80% após 10 dias do início dos sintomas.</p>

		Necessidade de Registro na Anvisa.
<b>03</b>	10.000 Und	<p style="text-align: center;"><b>Lanceta 21G/ Estéril/ Descartável Caixa c/ 100UN</b></p> <p>As lancetas são complementares aos kits, ela será utilizada para a coleta da amostra. É importante estar atento ao calibre, para compatibilidade com os Kits a lanceta tem que ser a de 21G</p>
<b>04</b>	10	<p style="text-align: center;"><b>Caixa térmica</b> Com termômetro digital, 15 Litros e alça superior</p>
<b>05</b>	3.000	<p>Swab de Rayon Estéril para Coleta de Amostras Haste Plástica Deve possuir Registro na Anvisa. Swab haste plástica Ponta 100% rayon Estéril Embalado individualmente;</p>

## 2. Justificativa

A quantidade de kits solicitadas para o momento inicial do projeto são de apenas 8 kits, pois os laboratórios e os locais para armazenamento adequado do material ainda estão em fase de aquisição.

As lancetas são itens essenciais para as atividades de coleta em campo, o pedido está sendo feito antes da aquisição dos testes rápidos, pois devido a grande demanda, o material está em falta no mercado e o pedido com antecedência visa a chegada do item em tempo oportuno para o projeto. Assim como, os Swabs de Rayon, serão utilizados para coleta de material biológico que serão testados com os kits Elisa e para qualidade do estudo e correto transporte e manuseio do material coletado, se faz necessária a aquisição de caixas térmicas com termômetros para manter as amostras em temperatura adequada para que não ocorra perdas.

## 3. Requisitos para a Contratação

A(s) empresa(s) a ser(em) contratada(s) deve(m) ser especializada(s) no seguimento de Insumos para testes/laboratórios e afins, obedecendo estritamente às especificação e características técnicas do Item 1 descrito no início Termo de Referência. Além disso, as empresas devem enviar propostas contendo as seguintes informações:

Prazo de entrega: Primeira semana de agosto.

Prazo de Validade: Validade dentro do tempo de execução do projeto.

Preço: (a aquisição será feita pelo menor preço do mercado).

Local de Entrega: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Av. L3 Norte, N° S/N - GEPRO, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70910900, Núcleo de Medicina Tropical.

Critério de recebimento: Os materiais devem estar lacrados, com a validade e assinatura do recebimento.


Frete: CIF

#### **4. Pagamento**

As propostas serão avaliadas segundo os critérios descritos no item 3 deste Termo de Referência. O pagamento dos insumos ocorrerá mediante a entrega efetiva, de cada item constante deste Termo de Referência, e será realizado com 15 dias úteis do recebimento da Nota Fiscal, o qual poderá ser feito via boleto ou transferência bancária.

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa e que tenha sido gerada pela contratada, a mesma será devolvida à Contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

A Contratante poderá recusar os produtos fornecidos pela Contratada, no caso de inadequação técnica.



Prof. Dr. Wildo Navegantes de Araújo  
Professor Adjunto  
UnB/FCE - Mat.: 1060467

Prof. Wildo Navegantes de Araújo  
Coordenador do Projeto